



AQUATEST a.s.
AQUATEST - zkušební laboratoře
Laboratoře Praha
Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
Ved. laboratoři - tel.: 603 432 681
Příjem vzorků - tel.: 605 292 729, 603 513 101
Výdej výsledků - tel.: 604 210 898

Zkušební laboratoř č. 1243 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH č. 765/23

List č. 1/2

Objednatel: # Pavel Marek
Číslo objednávky: # o ZL01022023
Odp. osoba: #
Název zakázky: #
Číslo akce: 410220343LAB
Lokalita: # Šebanov 29
Odebral: # Pavel Marek
Datum analýzy: 01.02.23 - 06.02.23

Adresa dodaná objednatelem:

Pavel Marek
Šebanov 29
Hořice na Šumavě
381 01
CZ

Informace dodané zákazníkem jsou označeny symbolem #.

Zkušební laboratoř neodpovídá za informace dodané zákazníkem, které mohou mít vliv na platnost výsledků zkoušek.

Výsledky se vztahují pouze ke zkoušeným položkám.

Protokol o zkouškách nesmí být bez písemného souhlasu laboratoře reprodukován jinak než celý.

Laboratoř odpovídá za výsledky zkoušek vzorku ve stavu, ve kterém byl zákazníkem dodán.

Čís. vzorku	Označení vzorku #	Typ vzorku #	Datum # odběru	Datum příjmu
1278/23	Blue Charlotte	rostlina konopí	30.01.23	01.02.23

PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH č. 765/23

List č. 2/2

Ukazatel	Metoda	A/N	Jednotka	Blue Charlotte
				<i>Nejist.</i>
CBD	SOP 7.18.1	A	% hm.	0,514 0,1028
CBDA	SOP 7.18.1	A	% hm.	9,33 1,866
CBD celkový	SOP 7.18.1	A	% hm.	8,70 1,740
delta-9-THC	SOP 7.18.1	A	% hm.	0,029 0,0058
THCA	SOP 7.18.1	A	% hm.	0,709 0,1418
delta-9-THC celkový	SOP 7.18.1	A	% hm.	0,651 0,1302
CBG	SOP 7.18.1	A	% hm.	0,143 0,0286
CBG celkový	SOP 7.18.1	A	% hm.	0,669 0,1338
CBGA	SOP 7.18.1	A	% hm.	0,600 0,1200
CBC	SOP 7.18.1	A	% hm.	0,037 0,0074
CBN	SOP 7.18.1	A	% hm.	0,006 0,0012

SOP (Standardní operační postupy) vycházejí z technických norem, které jsou uvedeny v Příloze osvědčení o akreditaci na adrese https://www.cai.cz/OA/pdf/P82_2022_CS.pdf

Uvedená nejistota je rozšířená nejistota, která byla vypočtena s použitím koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %.

Tato nejistota nezahrnuje příspěvek z odběru vzorků a neuvádí se u výsledků pod mezí stanovitelnosti.

Místo provedení zkoušek: pracoviště Laboratoře Praha, Geologická 988/4, Praha 5.

Zkratky:


A - metoda v rozsahu akreditace

N - metoda mimo rozsah akreditace

Za laboratoře schválil:

manažerka kvality - Ing. Olga Jačaninová

V Praze dne: 6.2.2023



-----KONEC VÝSLEDKOVÉ ČÁSTI PROTOKOLU -----